AIXIN MEDICAL

GEBRUIKERSHAN DLEIDING

AX-MX800

STOFAFZUIGER

oyodental.nl



Beschrijving:

Dit is een stofafzuigunit die voornamelijk wordt gebruikt in combinatie met tandtechnische apparatuur, zoals zandstraalmachines, polijstmachines, laboratoriumtafels, enz. De kleine afmetingen, het stille ontwerp en het krachtige vermogen zijn de voordelen van dit apparaat, waardoor het eenvoudig te bedienen, te verplaatsen en te gebruiken is voor stofafzuiging. Voor een nog eenvoudigere bediening kan er een voetschakelaar op deze machine worden aangesloten. Het apparaat kan 4 uur lang continu werken.

Technische gegevens:

Voedingsspanning	AC 220 V / 110 V 50 Hz / 60 Hz ±10%
Vermogen	500 W
Maximale druk	26 kPa
Luchtstroom	172 m/h
Maximaal vacuüm	-16 kPa
Geluidsniveau	<60 dB
Diameter zuigleiding	4 cm
Afmetingen	36 x 26 x 30 (cm)
Gewicht	16 kg

Gebruiksaanwijzing:

1. Controleer de voedingsspanning voordat u de machine in gebruik neemt.
2. Zorg er na het uitpakken van de verpakking voor dat de stofzak op de luchtinlaat in de kamer is geplaatst en sluit vervolgens de stofslang aan op de stofinlaat. Schakel daarna de stroom in en controleer of er problemen zijn. Als er geen problemen zijn, kunt u de machine in gebruik nemen.
3. De stofzak moet regelmatig worden schoongemaakt; als er te veel stof in de stofzak zit, kan dit de stofopvang beïnvloeden. De stofzak moet met water worden gewassen en aan de lucht worden gedroogd.

Waarschuwingen:

Zorg ervoor dat de stofzak in het apparaat is geplaatst voordat u het in gebruik neemt; anders kan de motor door verstopping met stof doorbranden.

Toebehoren:

Gebruikershandleiding	1

oyodental.nl